

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH****Przedmiot zamówienia : Defibrylator**

Nazwa oferenta :

Producent :

Nazwa i typ :

<b>LP.</b>	<b>WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI</b>	<b>PARAMETRY OFEROWANE</b>
1.	Tryb działania: asynchroniczna zewnętrzna defibrylacja	
2.	Zakres energii: 20, 50, 100, 160, 250, 360J (50 Ohm)	
3.	Czas ładowania: około 9s (360J) przy 230V/50Hz	
4.	Zasilanie sieciowe	
5.	Natychmiastowa gotowość do pracy	
6.	Do zastosowań stacjonarnych	
7.	Wewnętrzny autotest aparatu po włączeniu automatyczną sygnalizacją błędów	
8.	Czytelne piktogramy i program samosterujący	
9.	Wyświetlacz oraz podświetlane przyciski informujące o stanie ustawień defibrylatora	
10.	Bezpieczne i stabilne umiejscowienie elektrod i kabli w aparacie	