

ZAŁĄCZNIK NR 1**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH****Przedmiot zamówienia: STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY**

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	OFEROWANY PARAMETR
1.	Stół do operacji ogólnochirurgicznych oraz innych	
2.	Długość stołu z blatem : 2170 mm (\pm 30 mm)	
3.	Szerokość segmentu siedzenia bez węzłów podnóżka i bez listew : 550 mm (\pm 30 mm)	
4.	Regulacja wysokości : 750 do 1180 mm (\pm 30 mm)	
5.	Regulacja oparcia pleców: - 35° do 85° (\pm 5°)	
6.	Regulacja podglówka: - 15° do 55° (\pm 5°)	
7.	Przechył boczny : - 22° do 22° (\pm 2°)	
8.	Przechył Trendelenburga : 33° (\pm 3°)	
9.	Przechył anty-Trendelenburga : 33° (\pm 3°)	
10.	Regulacja pilotem przez układ : a) elektro-hydrauliczny pozycji: - góra, dół - przechyły wzdłużne i boczne - blokada kół - regulacja podnóżków - regulacja oparcia pleców - regulacja ławeczki nerkowej b) elektryczny pozycji: - przesuwu wzdłużnego blatu	
11.	Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej – powierzchnie matowane	
12.	Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu	
13.	Stół przejezdny - mobilny z systemem blokowania z pilota	
14.	Blat stołu co najmniej 5-cio segmentowy.	

15.	Płyta oparcia pleców dzielona z możliwością wypiętrzenia klatki piersiowej	
16.	Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C	
17.	Materace bezszwowe demontowane z pianki poliuretanowej obszytej skajem	
18.	Pilot z wyświetlaczem wyposażony w funkcje stanu naładowania akumulatorów oraz funkcje poziomowania blatu.	
19.	Udźwig stołu min. 300 kg	
20.	Wyposażenie stołu : 1 Podpórka ręki wyposażona w materac z pianki poliuretanowej obszytej skajem. Wymiary: 40mm x 200mm x 600mm. 2. Wieszak kroplówki	
21	Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji	
22.	Świadectwa, certyfikat CE	