

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

**Przedmiot zamówienia: STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY**

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	OFEROWANY PARAMETR
1.	Stół do operacji ogólnochirurgicznych	
2.	Długość stołu z blatem: 2050 mm ( ± 30 mm )	
3.	Całkowita szerokość blatu: 580 mm ( ± 30 mm )	
4.	Regulacja wysokości: 720 do 1020 mm ( ± 30 mm )	
5.	Regulacja oparcia pleców: - 35° do 65° ( ± 5° )	
6.	Regulacja podglówka: - 18° do 52° ( ± 2° )	
7.	Przechył boczny : - 28° do 28° ( ± 3° )	
8.	Przechył Trendelenburga : 33° ( ± 3° )	
9.	Przechył anty-Trendelenburga: 23° ( ± 3° )	
10.	Regulacja kąta odchylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej : - 90° do 15° ( ± 5° )	
11.	Regulacja wysokości za pomocą siłownika hydraulicznego nożnego	
12.	Dźwignia siłownika hydraulicznego od strony głowy pacjenta	
13.	Regulacje segmentu oparcia pleców, podglówka, regulacja podnóżków oraz przechyły wzdłużne wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą	
14.	Sprężyny gazowe regulacji segmentów blatu zabudowane w konstrukcji nośnej blatu, niewidoczne z zewnątrz	
15.	Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej – powierzchnie matowane	
16.	Przechyły boczne uzyskiwane mechanizmem śrubowym za pomocą korby umieszczonej od strony głowy pacjenta	
17.	Stół przejezdny - mobilny z systemem blokowania	
18.	Blat stołu co najmniej 5-cio segmentowy.	

19.	Płyta oparcia pleców dzielona w proporcji 1:2 z możliwością uzyskania ławeczki nerkowej	
20.	Ławeczka nerkowa od strony głowy pacjenta regulowana przy pomocy odłączanej korby	
21.	Segmenty blatu przenikalne dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć	
22.	Materace bezszwowe, antystatyczne, demontowane, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej	
23.	Wyposażenie stołu : 1 Podpórka ręki 2. Wieszak kroplowki	
24.	Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji	
25.	Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu.	