

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCHPrzedmiot zamówienia: **ŁÓŻKO REHABILITACYJNE**

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETR OFEROWANY
1.	Szerokość całkowita: 1020 mm (± 30 mm)	
2.	Długość całkowita: 2230 mm (± 30 mm)	
3.	Wysokość leża od podłogi: 470 mm (± 30 mm)	
4.	Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym	
5.	Leże podzielone na dwie sekcje	
6.	Ruchome oparcie pleców	
7.	Segmenty leża wypełnione siatką metalową lakierowaną lakierami proszkowymi	
8.	Siatka w leżu montowana na stałe	
9.	Ręczna regulacja oparcia pleców za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie do 75° ($\pm 5^{\circ}$)	
10.	Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min 125 mm z czego 2 mają posiadać blokadę jazdy i obrotu	
11.	Lakierowane szczyty połączone z nogami łóżka	
12.	Wyjmowane wypełnienie szczytów łóżka wykonane z płyty wiórowej laminowanej	
13.	Łóżko zaopatrzone w krążki odbojowe	
14.	Łóżko wyposażone w haczyki do zawieszania woreczków (po 2 szt. na jedną stronę)	
15.	Możliwość montażu na ramie łóżka poręczy bocznych, wieszaka kroplówki, uchwytu rąk, podwójnej ramy wyciągowej, wieszaków na kaczkę i basen	
16.	Elementy wyposażenia łóżka: - materac w tkaninie nieprzemakalnej oddychającej z możliwością dezynfekcji - wieszak kroplówki - uchwyt ręki	
16.	Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne	
17.	Atesty, certyfikat CE	