

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH****Przedmiot zamówienia: WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH**

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

<b>LP.</b>	<b>WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI</b>	<b>OFEROWANE PARAMETRY</b>
1.	Szerokość całkowita bez poręczy : 650 mm ( ± 30 mm )	
2.	Długość całkowita: 2030 mm ( ± 30 mm )	
3.	Regulacja wysokości za pomocą mechanizmu śrubowego w zakresie 550 – 800 mm ( ± 30 mm )	
4.	Wózek wykonany z profili stalowych lakierowanych , trwały, odporny na środki dezynfekcyjne	
5.	Leże składające się z dwóch sekcji	
6.	Oparcie pleców regulowane za pomocą sprężyn gazowych w zakresie od -18° do 73° ( ± 3°)	
7.	Leże wykonane z materiału umożliwiającego monitorowanie pacjenta oraz przeprowadzenie reanimacji	
8.	Rama łóżka posiadająca krążki odbojowe w narożach	
9.	Materace zdejmowane wykonane z materiału nieprzemakalnego	
10.	Wózek posiadający cztery koła z czego dwa z blokadą	
11.	Średnica kół jezdnych min. 200 mm	
12.	Świadectwa, certyfikat CE	