

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH**Przedmiot zamówienia: Ssak elektryczny**

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Ssak przeznaczony do odsysania wydzielin i płynów u chorych w gabinetach zabiegowych, przychodniach lekarskich i domach opieki	
2.	Ssak wyposażony w regulator siły ssania, ułatwiający obsługę włącznik nożny i butlę 2 litrową	
3.	Zawór pływakowy chroniący przed przepelnieniem butli	
4.	Filtr antybakteryjny-hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania oraz personel medyczny	
5.	Zasilanie 230V / 50Hz	
6.	Masa ssaka 6 kg	
7.	Szybkość ssania 10 l/min	
8.	Pobór mocy 70 VA	
9.	Maksymalne podciśnienie -80 kPa	
10.	Wymiary (dł.szer.wys.) 340 x 270 260 mm	
11.	Pojemność 2 litry	
11.	Czas pracy – praca ciągła	
11.	Klasa izolacji – 2 klasa	