

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH**Przedmiot zamówienia : Aparat do elektrokoagulacji**

Nazwa oferenta :

Producent :

Nazwa i typ :

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Aparat umożliwia pracę w trybie cięcia czystego i z hemostazą, koagulacji miękkiej i forsownej	
2.	Możliwość pracy mono i bipolarnej	
3.	Możliwość pracy zarówno z pedałem podwójnym jak i pojedynczym	
4.	Aparat automatycznie rozróżniający podłączenia pedału podwójnego i pojedynczego	
5.	Aparat wyposażony w tryb koagulacji niskonapięciowej	
6.	Klasa bezpieczeństwa I / CF	
7.	Obwód pacjenta typu pływającego	
8.	Spełniane normy bezpieczeństwa DIN IEC 60601-2-2	
9.	Gabaryty 240 x 110 x 350 mm	